



TERMO DE RETIFICAÇÃO II

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022

A Prefeitura Municipal de Juquiá torna pública a retificação do Edital, Pregão Eletrônico nº 014/2022, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, Emenda Parlamentar – Proposta nº 13840.888000/1210-01 e Proposta nº 13840.888000/1210-03, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Anexo I do edital, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

16	1	UN	ELETROCARDIOGRAFO TRAÇADO PERMANENTE DE ALTA QUALIDADE. • ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. • DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE. • EXPORTAÇÃO DE EXAMES PARA COMPUTADOR VIA PENDRIVE EM FORMATO PDF. • ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240 VAC 50/60 HZ), PACK DE BATERIAS (OPCIONAL), OU PILHAS. • CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHA DE BASE. • FILTRO DIGITAL PARA RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR. • BAIXO CUSTO OPERACIONAL. CARACTERÍSTICAS: • TECLAS DE ATALHO PARA OPERAÇÃO. • IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM TIPO CARTA (NÃO TERMO SENSÍVEL). • CAPACIDADE DE SALVAR ATÉ 100 EXAMES EM MEMÓRIA INTERNA. • IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE MARCAPASSO. • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. • CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, COMPLETAMENTE ISOLADO E SEPARADO DO RESTANTE DO APARELHO. • DISPLAY COLORIDO DE 4,3" DE TECNOLOGIA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN)
----	---	----	---

LEIA-SE:

16	1	UN	ELETROCARDIOGRAFO TRAÇADO PERMANENTE DE ALTA QUALIDADE. • ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS /OPERAÇÃO: IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE/ TELA: COLORIDA DE NO MINIMO 7 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE/ PORTÁTIL: POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE/ IDENTIFICAÇÃO: DATA, HORA DO EXAME, NOME, PESO E SEXO DO PACIENTE/ CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE LAN/ TAXA DE AMOSTRAGEM: NO MINIMO 6000 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR VIA/ COMUNICAÇÃO: ENVIO DE EXAMES EM FORMATO PDF E POSSIBILIDADE FUTURA DE COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM WORKLIST E EXPORTAÇÃO EM FORMATO DICOM / INTERPRETAÇÃO: POSSUIR ALGORITMO DE ANALISE DO EXAME SEM NECESSIDADE DE PROGRAMAS EXTERNOS/ MEMORIA: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 EXAMES/ APRESENTAÇÃO: POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE NO MINIMO 5 MINUTOS DE ONDAS COMPLETAS DO ECG/ VERIFICAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR VISUALIZAÇÃO DAS ONDAS EM TEMPO REAL, POSSUIR INDICAÇÃO DE ELETRODOS DESCONECTADOS E POSSIVEL INVERSÃO DE ELETRODOS/ ALIMENTAÇÃO ELETRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE NO MINIMO 1 HORA DE USO CONTINUO, OU PELO MENOS 50 EXAMES/ SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO ACOMPANHA. ACESSÓRIO(S): 01 CABO DE ECG 10 VIAS COMPATIVEL COM ELETRODOS DESCARTÁVEIS, 1 ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO, 01 CABO DE FORÇA E 01 MANUAL DO USUÁRIO. A EMPRESA DEVE APRESENTAR CATALOGO, OU MANUAL TÉCNICO QUE COMPROVE O PLENO ATENDIMENTO DO PRODUTO OFERTADO.
----	---	----	---

- Os demais itens do pregão relacionados permanecem inalterados, cujas propostas serão abertas na data e horário previsto no Edital.

Juquiá, 21 de junho de 2.022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO